



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО  
РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ  
гр. БЛАГОЕВГРАД

Благоевград: 2700, ул. "Братя Миладинови" № 2  
[www.rzibl.org](http://www.rzibl.org)

тел.: 073/888-701; факс 073/582-050  
e-mail: [rzibl@rzibl.org](mailto:rzibl@rzibl.org)



European Territorial Cooperation Programme  
**Greece-Bulgaria 2007-2013**  
INVESTING IN OUR FUTURE



The Programme is co-funded  
by the European Union (ERDF) and  
National Funds of Greece and Bulgaria

ДО  
ВСИЧКИ ПОТЕНЦИАЛНИ УЧАСТНИЦИ

**Разяснение N2**

**ОТНОСНО:** Разяснения по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „**Доставка и гаранционна поддръжка на лабораторно оборудване за нуждите на Регионална здравна инспекция – Благоевград**”

Във връзка с възникнали въпроси към техническата спецификация на обществена поръчка за: „Доставка и гаранционна поддръжка на лабораторно оборудване за нуждите на Регионална здравна инспекция – Благоевград”, относно позиция 1 „Комплект преносима измервателна апаратура за мониторинг на електромагнитни полета в комплект със сонди за мобилна телефония, широколентови сонди, селективна сонда и тринога за монтиране” се дават следните разяснения:

**Въпрос 1:** В техническите спецификации към позиция 1 „Комплект преносима измервателна апаратура за мониторинг на електромагнитни полета в комплект със сонди за мобилна телефония, широколентови сонди, селективна сонда и тринога за монтиране” е посочено:

2. Общ вид на уреда и удобство при работа (преносимост на уреда, форма и тегло).
- 2.10. с набор от сонди или възможност за доокомплектоване при необходимост за различни нужди (взаимозаменяемост на сондите) с цел разширяване на честотния или динамичния обхват на измерване.

*Моля да поясните дали желаете сондите, с които ще бъдат правени измервания в посочените в техническите изисквания към позицията обхвати (включително и селективната сонда за мобилна телефония спомената в названието на позицията) да бъдат включени в стойността на офертата или не, тъй като съгласно текста на обявленето офертирането им като опции не е позволено.*

**Отговор на въпрос 1:** Поради допусната техническа грешка при употреба на съюза „или“ в точка 2.10, е необходима корекция, като текста се чете: „с набор от сонди и възможност за доокомплектоване при необходимост за различни нужди (взаимозаменяемост на сондите) с цел разширяване на честотния или динамичния обхват на измерване.

Съгласно текста на обявленето е необходимо сондите бъдат включени в стойността на оферата.

**Въпрос 2:**

**5. Измервателни функции**

**5.5. Честотен обхват:**

5.5.1 в нискочестотния обхват:

5.5.1.1. За интензитет на електрическото поле – добра граница между 0 Hz и 30 Hz; горна граница между 50 Hz и 100 MHz;

5.5.1.2. За плътност на магнитния поток – добра граница между 5 и 30 Hz; горна граница между 50 Hz и 100 MHz;

*Много моля да прегледате и ако е нужно да коригирате посочените като горни граници стойности, тъй като първата от тях е в диапазона на супер ниските честоти (СНЧ/SLF), а втората в диапазона на много високите честоти (МВЧ/UHF)?*

**Отговор на въпрос 2:** Посочените стойности - като горни граници в точки 5.5.1.1 и 5.5.1.2. не се нуждаят от корекция. Няма пречка предложението от участниците в процедурата да съдържат оферти за апарат със спецификация с по-тесен, но достатъчен за работа честотен диапазон.

Директор РЗИ:

д-р Лена Павлова/

