



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ
ГР. БЛАГОЕВГРАД

Благоевград: 2700, ул. "Братя Миладинови" № 2
www.rzibl.org

тел.: 073/888-701; факс 073/582-050
e-mail: rzibl@rzibl.org



European Territorial Cooperation Programme
Greece-Bulgaria 2007-2013
INVESTING IN OUR FUTURE



The Programme is co-funded
by the European Union (ERDF) and
National Funds of Greece and Bulgaria

ДО
ВСИЧКИ ПОТЕНЦИАЛНИ УЧАСТНИЦИ

Разяснение N3

ОТНОСНО: Разяснения по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и гаранционна поддръжка на лабораторно оборудване за нуждите на Регионална здравна инспекция – Благоевград”

Във връзка с възникнали въпроси към техническата спецификация на обществена поръчка за: „Доставка и гаранционна поддръжка на лабораторно оборудване за нуждите на Регионална здравна инспекция – Благоевград” се дават следните разяснения:

Въпрос 1: по позиция №3 Комбиниран уред за измерване на микроклимат в комплект с 3-функционална сонда

В техническата спецификация на уреда и по-конкретно точка 4.2.1 е записано: „Температура на въздуха: обхват – от минус 20 °C до +90 °C. С оглед на това, че уредът ще служи за измерване на микроклимат – температура на въздуха и фактът, че температура от 90 °C е малко вероятно постижима, ще приемете ли обхватът да бъде от минус 20 °C до +70 °C?”

Отговор на въпрос 1: Няма пречка предложенията от участниците в процедурата да съдържат оферти за апарат със спецификация с по-тесен, но достатъчен за работа температурен диапазон, а именно от минус 20 °C до +70 °C.

Въпрос 2: (1 част) по позиция №5 Стерилизатор с принудителна циркулация на въздуха

В техническата спецификация на уреда е записано: „Работен обем: 110 литра.” Ще приемете ли стерилизаторът да бъде с работен обем 112 литра с оглед на това, че разликата в обемите не е голяма?

Отговор на въпрос 2: (1 част) С оглед на малката разлика в обемите, няма пречка предложенията от участниците в процедурата да съдържат оферти и с по-голям работен обем, а именно 112 литра.

Въпрос 2: (2 част) – по позиция №5 Стерилизатор с принудителна циркулация на въздуха

В техническата спецификация на уреда един път е посочено „Капацитет: 42-65 литра” и малко по-долу в спецификацията е заложено „Полезен обем: 120 литра”. Видно е, че се получава противоречие между двете заложени технически спецификации. Кой обем трябва да се вземе като верен? Ако стерилизаторът трябва да бъде с полезен обем: 120 литра ще приемете ли същият да бъде с полезен обем: 112 литра?

Отговор на въпрос 2: (2 част) Техническите спецификации по позиция №5 „Стерилизатор с принудителна циркулация на въздуха” не водят до противоречия, тъй-като съдържанието им не включва цитирания текст.

Въпрос 3: по позиция №7 Инкубатор с охлаждане за микробно число при 22°C

В техническата спецификация на уреда е записано „Капацитет: 40-50 литра”. Ще приемете ли капацитетът на инкубатора да бъде 68 литра, като по-добър параметър в сравнение със заложения?

Отговор на въпрос 3: Няма пречка предложенията от участниците в процедурата да съдържат оферти за апарат със спецификация с по-добър параметър в сравнение със заложения.

Въпрос 4: по позиция №№1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9

В частта допълнителни изисквания за всички апарати е посочено: „Апаратурата трябва да е устойчива при аварии на електроснабдяването и да не се поврежда при „късо съединение”. Моля да прецизирате това изискване. Задължително ли е всеки един апарат да бъде окомплектован с UPS устройство?

Отговор на въпрос 4:

За апаратурата по позиция 8 – виж отговор на въпрос 4 от „Разяснение №1 по документацията за участие”. За лабораторното оборудване по позиции №№1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 9 не е необходимо окомплектоване с UPS устройства.

Директор РЗИ:

д-р Лена Павлова/

