



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ
ГР. БЛАГОЕВГРАД

Благоевград: 2700, ул. "Братя Миладинови" № 2
www.rzibl.org

тел.: 073/888-701; факс 073/582-050
e-mail: rzibl@rzibl.org



European Territorial Cooperation Programme
Greece-Bulgaria 2007-2013
INVESTING IN OUR FUTURE



The Programme is co-funded
by the European Union (ERDF) and
National Funds of Greece and Bulgaria

ДО
ВСИЧКИ ПОТЕНЦИАЛНИ УЧАСТНИЦИ

Разяснение N4

ОТНОСНО: Разяснения по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и гаранционна поддръжка на лабораторно оборудване за нуждите на Регионална здравна инспекция – Благоевград”

Във връзка с възникнали въпроси към техническата спецификация на обществена поръчка за: „Доставка и гаранционна поддръжка на лабораторно оборудване за нуждите на Регионална здравна инспекция – Благоевград” се дават следните разяснения:

Въпрос 1: по позиция №6 „Инкубатор с принудителна циркуляция на въздуха”

В техническата спецификация Възложителят веднъж казва капацитет 42-65 литра, а след това полезен обем: 120 литра – Кое да се взема под внимание?

Отговор на въпрос 1: Записът в техническите спецификации: „Полезен обем: 120 литра” е техническа грешка. Да се приема за вярно изискването: „Полезен обем: 42-65 литра”.

Въпрос 2: по позиция №4 „Хоризонтален автоклав с фронтално зареждане”

В заглавието на позицията е описано, че модела е хоризонтален и е с фронтално зареждане, но в техническата спецификация е описано и наличие на 2 броя кошници от неръждаема стомана. Двете неща си противоречат, тъй като кошниците се използват само за вертикалните модели. За хоризонталните автоклави се използват тарелки. Моля да уточните дали имате нужда от хоризонтален автоклав с 2 броя тарелки или от вертикален с 2 броя кошници?

Отговор на въпрос 2: Заглавието на позиция №4 включва категоричното изискване за вида на лабораторното оборудване, а именно „Хоризонтален автоклав с фронтално зареждане”. Изискването в техническите спецификации „Две кошници от неръждаема стомана” не се нуждае от уточняване.

За Директор РЗИ:

/д-р Михаил Кметски, съгласено РД-683/16.06.2015г./

