



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО  
РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ  
ГР. БЛАГОЕВГРАД

Благоевград: 2700, ул. "Братя Миладинови" № 2  
[www.rzibl.org](http://www.rzibl.org)

тел.: 073/888-701; факс 073/582-050  
e-mail: rzibl@rzibl.org



European Territorial Cooperation Programme  
**Greece-Bulgaria 2007-2013**  
INVESTING IN OUR FUTURE



The Programme is co-funded  
by the European Union (ERDF) and  
National Funds of Greece and Bulgaria

ДО  
ВСИЧКИ ПОТЕНЦИАЛНИ УЧАСТНИЦИ

Разяснение N5

**ОТНОСНО:** Разяснения по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и гаранционна поддръжка на лабораторно оборудване за нуждите на Регионална здравна инспекция – Благоевград”

Във връзка с възникнали въпроси към техническата спецификация на обществена поръчка за: „Доставка и гаранционна поддръжка на лабораторно оборудване за нуждите на Регионална здравна инспекция – Благоевград” се дават следните разяснения:

**Въпрос 1:** (1 част) по позиция №4 „Хоризонтален автоклав с фронтално зареждане”

В техническата спецификация на уреда е записано: „Обем – 40 литра”. Ще приемете ли хоризонтален автоклав с обем 43 литра?

**Отговор на въпрос 1:** (1 част) С оглед на малката разлика в обемите няма пречка предложенията от участниците в процедурата да съдържат оферти и с по-голям обем.

**Въпрос 1:** (2 част) по позиция №4 „Хоризонтален автоклав с фронтално зареждане”

Също така е записано „Две кошници от неръждаема стомана”. С оглед на това, че автоклавът трябва да е хоризонтален в него не могат да се поставят кошници. Кошници могат да се поставят само във вертикалните автоклави. Да разбираме ли, че става въпрос за поставка с лавици и ако е така, да считаме ли, че автоклавът трябва да бъде окомплектован с 1 бр. поставка с п на брой лавици, а не с 2 броя поставки?

**Отговор на въпрос 1:** (2 част) – Вижте Отговор на въпрос 2 от Разяснение №4 по документацията за участие.



За Директор РЗИ: .....  
/д-р Михаил Кметски, съгласно РД-683/16.06.2015г./