



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО  
РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ  
ГР. БЛАГОЕВГРАД

Благоевград: 2700, ул. "Братя Миладинови" № 2  
[www.rzibl.org](http://www.rzibl.org)

тел.: 073/888-701; факс 073/582-050  
e-mail: rzibl@rzibl.org



European Territorial Cooperation Programme  
**Greece-Bulgaria 2007-2013**  
INVESTING IN OUR FUTURE



The Programme is co-funded  
by the European Union (ERDF) and  
National Funds of Greece and Bulgaria

ДО  
ВСИЧКИ ПОТЕНЦИАЛНИ УЧАСТНИЦИ

Разяснение N7

**ОТНОСНО:** Разяснения по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и гаранционна поддръжка на лабораторно оборудване за нуждите на Регионална здравна инспекция – Благоевград”

Във връзка с възникнал въпрос към техническата спецификация на обществена поръчка за: „Доставка и гаранционна поддръжка на лабораторно оборудване за нуждите на Регионална здравна инспекция – Благоевград” се дава следното разяснение:

**Въпрос 1:** „Относно позиция 4 – Хоризонтален автоклав:

В техническата спецификация Възложителя е записал – Температурен обхват: от 100 °С до 140 °С. Ще приеме ли Възложителя с температурен обхват до 137 °С?

**Отговор на въпрос 1:** По обособена позиция №4 „Хоризонтален автоклав с фронтално зареждане” – няма пречка предложенията от участниците в процедурата да съдържат оферти за апарат със спецификация с по-тесен, но достатъчен за работа температурен обхват.

За Директор РЗИ: .....  
/д-р Михаил Кметски, съгласено РД-683/16.06.2015г./

